ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt 3444:2020
O'ZAK.QL.0023

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023
Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

Юридический адрес: 100174, г. Ташкент, Алмазарский р-н., ул. Фаробий, 333 «А», 333 «Б».
Местонахождение, индекс объекта аккредитации: 100174, г. Ташкент, Алмазарский р-н., ул. Фаробий, 333 «А», 333 «Б».
Телефон: +99871-202-00-11(1222), +99878-150-26-03
Факс: +99878-150-26-15
Эл. почта: info@nim.uz. uznim@exat.uz
Веб-сайт: www.nim.uz

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
1	2	3	4	5
		Измерения плотности и вязкоски		
1.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Ареометры	от 650 до 2000 kg/m3	от 0,5 до 20 kg/m3 и более
2.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Спиртомеры	от 0 до 105 % об.доля	от 0,1 % об.доля. и более
3.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Образцовые спиртомеры	от 0 до 105 % об.доля	0,1 % об.доля
4.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Сахаромеры	от 0 до 75 % м.доля	от 0,5 % м.доля. и более
5.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Образцовые сахаромеры	от 0 до 75 % м.доля	от 0,1 % до 0,5 % м.доля. и более
6.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Образцовые лактоденсиметры	от 1010 до 1040 kg/m3	0,5 kg/m3
7.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Лактоденсиметры	от 1010 до 1040 kg/m3	0,5 kg/m3 и более
8.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Денсиметры образцовые	от 650 до 1840 kg/m3	0,5 kg/m3
9.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Вискозиметры капиллярные	от 4·10-7 до 10-1 m2/s	от 0,1 до 3,0 %

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
10.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Вискозиметры условной вязкости ВУ	от 0 до 51 s	± 1 s и более
11.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Вискозиметры условной вязкости ВЗ-1, ВЗ-4, ВЗ-246	от 5 до 300 s	± 3 %
12.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Цифровые вискозиметры	динамическая вязкость от 0,2 до 200000 mPa·s кинематическая вязкость ДИ от 0,2 до 200000 mm2/s2	0,02 % и более
13.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Плотномеры - денсиметры	от 0 до 3000 kg/m3	± 0,0001 kg/m3 и более
14.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Автоматические измерители времени истечения жидкости в вискозиметрах Убеллоде	от 0,2 до 20000 mm2/s2	0,1 % и более
		Физико-химические средства измерения		
15.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Газоанализаторы	от 0 до 100 %	5 % относит. и более
16.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Универсальные газоанализаторы	от 30 до 400 ml	5 %
17.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Сигнализаторы (газовые детекторы и др.)	от 0 до 100 %	0,05 % и более
18.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Аттестация поверочных газовых смесей	от 0 до 100 %	Пределы допускаемой отклонения, (Д) от ±0,04 % до 25%. Пределы допускаемой погрешности (Δ) от ± 0,04 % до 15%

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
19.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Аспирационные пробозаборные устройства	от 0 до100 ml	± 5 %
20.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Интерферометры шахтные	от 0 до 12 % CH4, H2, CO2	± 0,25 % об.
21.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Хроматографы	от 0 до 100 %	ОСКО: по высоте пиков 0,1 % и более По времени удержания 0,1 % и более По площади пика 0,1 % и более
22.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Установки газоаналитические	от 0 до 100 %	± 2 % и более
23.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Дымомеры	от 0 до 10 m-1 от 0 до 100 %	± 0,05 m-1 и более ± 0,5 % и более
24.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Преобразователи промышленные, иономеры, pH – метры и электроды	от -20 до 20 pH от -2000 до 2000 mV	± 0,01 pH и более от 1 до 0,01 mV
25.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Нитратомеры	от 0 до 200 mV от 0,1 до 19990 mg/dm3	0,1 mV и более ± 1 % и более
26.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Имитаторы электродной системы	от 0 до 2011 mV	от 0,1 до 10 mV и более
27.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Титраторы	от 0,1 µg до 1000 mg от -2000 до 2000 mv от -20 до 20 pH	± 1 % и более ОСКО 1,5 % и более± 1,0 mv и более± 0,01 pH и более
28.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Влагомеры (приборы для измерений точки росы)	от 0 до 100 % от -105 до 20 °C	± 0,5 % и более ± 2 °C и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
29.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Полярографы	от 1·10-3 до 5·10-8 mol/l от 1 до 10 mkg/dm3 от 10 до 200 mkg/dm3	СКО 1 % и более ± 5 % и более ± 5 % и более
30.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Кондуктометры	от 10-8 до 200 S/m	± 0,1 % и более
31.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Солемеры	от 0 до 400 mg/l	± 0,1 % и более
32.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Прибор для определения температуры вспышки в открытом и закрытом тигле	от 20 до 600 °C	± 1 °C и более
33.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Аппараты для определения температуры вспышки в открытом и закрытом тигле	от -100 до 600 °C	± 1 °C и более
34.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пламенные фотометры	от 0,005 до 1000 mg/l	± 0,1 mg/l и более
35.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Нефте-газохимические анализаторы	от 0 до 100 %	± 0,01 % и более
36.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Средства измерения с выходным сигналом и каналом DCSвсех типов, в том числе имп.	от 4 до 20 mA	0,1 mA и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
37.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	ЯМР анализатор	Масличности хлопчатника жмыха подсолнечника шрота от ДИ от 0,5 % до 65 % Влажности семян масличных культур хлопчатника жмыха подсолнечника шрота от 3 % до 25%	± 0,2 % и более
38.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы качества	от 0 до 3,000 mg/l	± 1 % и более
39.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе (Алкотесторы)		
40.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы концентрации хлора	от 0 до 20 mg/dm3	± 1 % и более
41.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы молока	Массовая доля жира, от 0 до 25 % Массовая доля СОМО, от 3 до 15 % Плотность, от 1000 до 1040 kg/m3 Массовая доля воды, от 0 до 100 % Белок, от 2 до 7 %	± 0,05 и более ± 0,05 и более 0,03 и более ± 0,1 и более ± 0,05 и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
42.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы для определения концентрации жидкого кислорода	от 0,1 до 1000 mg/dm3	± 0,1 % и более
43.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы для определения мутности (турбидиметры)	от 0 до 10000 NTU	± 0,1 % и более
44.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Осмометры	от 0 до 10000 mOsmol/kg и более	± 0,1 % и более
45.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Флюариметры	от 0 до 100 %	± 0,1 % и более
46.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Испытательные стенды по показателям физико- химическим и оптическим измерениям	от -30 до 450 °C от 0 до 2000 kPa от 0 до 100 % от 0,1 до 1000 ppm	± 0,1 °C и более ± 0,1 kPa и более ± 0,1 % и более ± 0,1 ppm и более
Оптико-физические измерения				
47.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Диоптриметры	от -25 до +25 d	± 0,01 d и более
48.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Блескомеры	от 0 до 100 %	± 0,1 % и более
49.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Рефлектометры	от 0 до 100 % от -25 до +25 d от -25 до +25 d	± 0,1 % и более ± 0,05 d и более ± 0,05 d и более
50.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Измерители белизны	от 0 до 100 %	± 0,1 % и более
51.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Измерители светопропускания стёкол	от 0 до 100 %	± 0,1 % и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
52.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Лейкометры	от 0 до 100 %	± 0,1 % и более
53.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Люксметры	от 0 до 150 000 lx	0,1 % и более
54.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Измерители параметров света фар	от 100 до 50 000 cd	1 % и более
55.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Фотоэлектроколориметры	от 0 до 100 %	± 0,5 % и более
56.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Фотометры	от 0 до 6 ед. опт.плот. от 0 до 100 % T	± 0,01 % и более
57.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Спектрофотометры	от 200 до 3000 nm от -6,0 до 6,0 Abs от 0 до 200 %	±0,01% и более ± 0,002 и более
58.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Спектрометры	от 0 до 100 % от 0,2 до 50 µm	± 0,01 и более от 10-5 до 10-2 µm и более
59.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Рефрактометры	от 1,2 до 2,1 nD от 0 до 100 % Brix	± 0,00001 nD и более 0,01 % Brix и более
60.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Рефрактометрические пластины образцовые	от 1,2 до 2,1 nD	± 1 · 10-5 nD и более ± 2 · 10-5 nD и более
61.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Поляриметры	от 0 до 360 ˚S	±0,01 ˚S и более
62.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Поляриметры-сахариметры	от 40 до 360 ˚Z	±0,004 ˚Z и более
63.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Поляриметры -полярископы	от 340 до 540 nm	±1 nm и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
64.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы для определения цветности	от 0 до 100 % от 200 до 800 nm от 0,1 до 70 ед. цветности	±0,1 % и более ±0,1 nm и более 0.1 ед. цветности и более
65.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Наборы образцовых мер спектрального коэффициента пропускания	от 185 до 3300 nm от -6,0 до 6,0 Abs	± 0,1 nm и более U = от 0,05 % и более
66.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы медицинские	от -4 до 4 ед. опт. плот. от 0 до 200 % T	± 0,001 ед. опт.плот. и более ±0,1 % T и более
67.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы гематологические	WBC ДИ от 0,0 до 999,9 109g/L RBC от 0 до 99,9 1012g/L HGB от 0 до 300 g/L	± 9 % и более ± 5 % и более ± 2 % и более
68.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Коагулометры	от 0 до 600 s от 0,001 до 4 ед. опт.плот от 0 до 100 %	± 0,1 s и более ± 1 % и более ± 0,5 % и более
69.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы медицинские (анализаторы мочи)	GLU ДИ от 0 до 2000 mg/dL BIL от 0 до 4.0 mg/dL KET от 0 до 160 mg/dL PRO от 0 до 2000 mg/dL	± 0,1 % и более
Температурные измерения				
70.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Калибраторы температуры всех типов	от -80 до 1200 °C	± 0,05 °C и более
71.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Калибраторы температуры с внешним эталонным термометром всех типов	от -80 до 1200 °C	± 0,04 °C и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
72.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Регулятор температуры с термопреобразователем сопротивления или преобразователем термоэлектрическим всех типов	от -90 до 1200 °С	± 0,05 °С и более
73.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Преобразователи термоэлектрические	от -90 до 1200 °С	± 0,05 °С и более
74.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Термометры манометрические и биметаллические	от -90 до 1200 °С	кл.т 0,5 и менее
75.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Термометры стеклянные жидкостные	от -90 до 1200 °С	Цена деления 0,1 °С и более
76.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля всех типов	от -90 до 1200 °С	± 0,05 °С и более
77.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гигрометры психрометрические ВИТ -1, ВИТ-2	от -30 до 50 °С	Цена деления 0,2 °С и более
78.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Термометры цифровые и электронные всех типов	от -90 до 1200 °С	± 0,05 °С и более
79.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Преобразователи (датчики) температуры с унифицированным выходным сигналом всех типов	от -90 до 1200 °С	± 0,1 °С и более
80.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Логометры, милливольтметры, потенцио-метры, мосты электрические всех типов	от -50 до 1200 °С	Кл.т. 0,25 и менее
81.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Инфракрасные термометры и пирометры	от -10 до 1200 °С	± 0,5 °С и более
82.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Калибраторы инфракрасных термометров (излучатели в виде черного тело)	от -10 до 1200 °С	± 0,1 °С и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
83.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Калориметры сжигания с бомбой	от 15000 до 150 kJ	класс δ= 0,1%
84.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пирометры оптические с исчезающей нитью	от 800 до 2000 °C	± 5 °C и более
85.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Телескопы ТЕРА-50	от 800 до 2000 °C	± 5 °C и более
86.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Преобразователи ППО 2-3 разряда	от 300 до 1200 °C	± 0,1 °C и более
87.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Термогигрометры	по температуре от -50 до 70 °C по относительной влажности RH от 5 до 95 %	± 0,1 °C и более ± 0,8 % и более
88.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Датчики влажности	Относительная влажность от 5 до 95 %	± 0,8 % и более
89.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Криостаты	от -80 до 100°C	± 0,05°C и более
90.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Морозильные и климатические камеры	от -100 до 200 °C относ.влаж. от 0 до 100 %	± 0,5 °C и более, ± 1,0 % и более
91.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Сушильные шкафы или Суховоздушные стерилизаторы	от 15 до 500°C	0,1°C и более
92.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Термостаты жидкостные	от -80 до 300 °C	0,05°C и более
93.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Термостаты или инкубаторы суховоздушные	от 5 до 100°C	0,05°C и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0023

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
94.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Муфельные печи	от 15 до 1600 °C	0,1°C и более
95.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Камеры твердения	от 5 до 100 °C	± 0,5 °C и более
96.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пропарочные камеры	от 0 до 100 °C	± 0,5 °C и более
97.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Камеры соленого тумана	от 5 до 100 °C относ.влаж. от 0 до 100 %	± 0,5 °C и более, ± 1,0 % и более
98.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Средства испытания по показателям температуры	от -80 до 1600 °C	± 0,05 °C и более