ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Юридический адрес: 100174, г. Ташкент, Алмазарский р-н., ул. Фаробий, 333 «А», 333 «Б».
Местонахождение, индекс объекта аккредитации: 100174, г. Ташкент, Алмазарский р-н., ул. Фаробий, 333 «А», 333 «Б».

Телефон: +99871-202-00-11(1222), +99878-150-26-03
Факс: +99878-150-26-15
Эл. почта: info@nim.uz. uznim@exat.uz
Веб-сайт: www.nim.uz

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
1	2	3	4	5
		Геометрические измерения		
1.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Автоколлиматоры	от 0 до 360 º	± 0,5 " и более
2.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Боковички (набор принадлежностей к КМД)	от 0 до 320 mm R=2; 5; 10; 15 mm; 20 mm	± 5 µm
3.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Биенимеры	-	± 0,0002 µm
4.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Бруски контрольные	от 150 до 500 mm	± от 0,0003 до 0,016 mm
5.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Вставки к резьбовым микрометрам (Микрометры со вставками) МВМ	от 0 до 350 mm шаг резьбы от 0,4 до 6,0 mm	±0,006 mm и более
6.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Глубиномеры индикаторные	от 0 до 100 mm	± 0,008 mm ЦД 0,01 mm
7.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Горизонтальный длинномер «Эталон POLO»	от 0 до 100 mm	± 0,0005 mm
8.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Глубиномеры микрометрические	от 0 до 200 mm	± 0,008 mm Шаг дискретности цифрового устройства 0,001 mm ЦД 0,01 mm

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
9.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Головки измерительные рычажно-зубчатые	от 0 до 10 mm	± 0,010 mm ЦД 0,01 mm
10.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Головки измерительные пружинные (Микрокаторы)	± 0,015 mm	± 0,00015 mm ЦД, 0,0001 mm 0,0002 mm 0,0005 mm 0,001 mm 0,002 mm
11.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Головки измерительные пружинно-оптические. (Оптикаторы)	± 0,025 mm	± 0,00015 mm ЦД, 0,0001 mm 0,0002 mm 0,0005 mm
12.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Головки измерительные рычажно - зубчатые.(Миникаторы)	± 0,060 mm	± 0,00015 mm ЦД, 0,001 mm 0,002 mm
13.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Головки измерительные пружинные малогабаритные. (Микаторы)	± 0,025 mm	± 0,001 mm ЦД, 0,0002 mm 0,0005 mm
14.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гониометр	от 0 до 360˚	± 2,5 ″ ЦД лимба 20′ ЦД шкалы оптического микрометра 10′ ЦД установочного уровня 10′
15.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Глобальные позиционные (геодезические) Приемники GPS 2-х частотные	расстояние от 0 до 10000 m	± 5 mm и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
16.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Диафрагмы	от 5 до 2000 mm	± 0,04 % ± 0,08 %
17.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Дальномеры лазерные	от 0,05 до 600 m	±2 mm
18.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Длинномеры оптические вертикальные	от 0 до 250 mm	± 0,003 µm и более ЦД 0,001 mm
19.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Длинномеры оптические горизонтальные	от 0 до 500 mm	± 0,003 µm и более ЦД 0,001 mm
20.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Индикаторы часового типа	от 0 до 50 mm	от 0,004 до 0,040 mm ЦД 0,01; 0,001 mm
21.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Индикаторы цифровые (головки цифровые	от 0 до 100 mm	от 0,004 до 0,040 mm ЦД 0,01; 0,001 mm
22.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Индикаторы рычажно-зубчатые	от 0 до 10 mm	± 0,01 и более ЦД и дискр. 0,01 mm
23.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Индикаторы рычажные зубчатые многооборотные	от 0 до 10 mm	± 0,025 mm и более ЦД 0,001 mm ЦД 0,002 mm
24.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Интерферометры контактные вертикальные и горизонтальные	от 0 до 500 mm	± 0,02 µm 0,05 µm дискретность 0,01; 0,001 µm
25.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Измерители суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	угл поворота от 30 до 120 °	± 0,5 ° и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
26.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Катетометры	от 0 до 630 mm	± (10+(L\100)) µm ЦД отсчетного устройства 0,01 mm
27.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Квадранты оптические	от 0 до 360˚	±30 ″
28.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Компараторы горизонтальные ИЗА-7 ИЗА-8	от 0 до 200 mm	± 0,003 mm ЦД 0,001 mm
29.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Кольца установочные	от 0 до 200 mm	± 0,009 mm
30.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Ленты образцовые	от 0 до 20000 mm	3 разряда 1, 2, 3, кт
31.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Линейка измерительная металлическая	от 0 до 1000 mm	± 0,2 mm ЦД1,0 mm
32.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Линейка лекальная	от 50 до 500 mm	кл. 0; 1; 2 от ± 0,0006 до 0,003 mm
33.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Линейка поверочная ШД, ШМ, ШП	от 0 до 4000 mm	кл. 0; 1. ± от 0,025 до 0,060 mm
34.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Линейка оптическая	от 0 до 800 mm	ЦД 0,5 µm ±(0,1+10L) µm
35.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Машины оптико-механические измерительные ИЗМ	от 0 до 2000 mm	ЦД 0,001 mm ± (0,1+1L) µm

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
36.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Меры длины плоскопараллельные концевые	от 0 до 1000 mm	3 разряд ±(0,1+1L) µm 4 разряд ±(0.2+2L) µm 1; 2; 3; 4; 5 кл
37.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Меры плоского угла призматические	от 10 до 90 0	2; 3; 4 разряд 0; 1; 2 кл.т
38.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Меры установочные к микрометрам	от 25 до 600 mm	± 0,004 mm
39.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Метры брусковые деревянные	от 0 до 1000 mm	ЦД 5,0 mm ±1,0 mm
40.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Метроштоки	от 0 до 4500 mm	± 2,0 mm ЦД 1,0 mm
41.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микрометры	от 0 до 1000 mm	± 0,010 mm ЦД 0,01 mm
42.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микрометры рычажные	от 0 до 2000 mm	ЦД 0,002 mm ЦД 0,01 mm ± 0,36 mm
43.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Меры длины штриховые (Метры компараторы)	от 0 до 1000 mm	ЦД 0,2 mm ± (20+30L) µm
44.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микрометры со вставками	от 0 до 350 mm	± 0,008 mm
45.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микрометры настольные со стрелочным отсчетным устройством	от 0 до 10 mm ЦД 0,001 mm	± 0,01 mm и более
46.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микронивелир	от 0 до 200 mm	ЦД ампулы 0,02 mm/m ±0,003 mm /m

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
47.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микроскопы инструментальные измерительные	200×150 mm	± (0,2+0,5L) µm ЦД 0,001 mm ЦД 0,002 mm ЦД 0,005 mm ЦД 0,05 mm
48.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микроскопы универсальные измерительные	100×200 mm	± (0,2+0,5L) µm ЦД 0,001 mm
49.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микроскопы отсчетные	от 0 до7,5 mm	ЦД 0,05 mm ± 0,1 mm ЦД 0,1 mm ± 1/2 деления шкалы
50.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микроинтерферометры Микроскоп двойной	Rz=160 µm Ra =0,1 µm	± 0,4%
51.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Меры толщины покрытия	от 0 до 1500 µm	± 3 %
52.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Наземные сканеры лазерные трехмерные измерительные 3 D	от 0,1 до 2000 m	угловая точность ± 36 ″ по длине ± 20 mm
53.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Нивелиры	от 0 до 360˚ от 0,5 до 250 m	± 2″ ± 10 mm на 1 km
54.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Нутромеры индикаторные	от 6 до 1000 mm	ЦД 0,01 ± 0,014 mm; ЦД 0,001 mm ЦД 0,002 mm ± 0,004 mm
55.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Нутромеры микрометрические	от 0 до 2000 mm	ЦД 0,01 mm ±0,008 mm

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
56.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Нутромеры трех точечные	от 0 до 300 mm	ЦД 0,001 mm ЦД 0,001 mm ± 0,007 mm
57.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Образцы шероховатости поверхности (сравнения)	Ra от 0,025 до 25 µm Rz от 25 до 400 µm	± 10 % ± 20 %
58.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Оптиметры вертикальные и горизонтальные	от 0 до 200 mm от 0 до 500 mm	ЦД 0,001mm ± 0,003 mm
59.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пластины плоские стеклянные	от 0 до 120 mm	± 0,00009 mm
60.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Планиметры пропорциональные и корневые	от 22,5 до 115 mm	± 0,8 %
61.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Плиты поверочные	от 160 до 2500 mm кл. 0; 1; 2	от ± 0,016 mm кл. 0; 1; 2
62.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Прогибомер	от 0 до 100 mm	± 1,0 mm и более
63.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Приборы для поверки индикаторов	от 0 до 100 mm	ЦД 0,001 mm ЦД 0,01 mm ± 0,008 mm
64.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Приборы контактные для поверки угловых мер КПУ-3	от 0 до 90 0	ЦД=10" ± 5 " и более
65.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Контрольно измерительная рука	от 0 до 4000 mm	± (0,2+0,5L) µm и более

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
66.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Проекторы измерительные	Увеличение от 10 х до 200х Предел измерения 100×250 mm угл. диапазон: от 0 до 360˚	ЦД 0,01 mm ЦД 0,001 mm ЦД 0,002 mm ± 0,005 mm и более ЦД угл. шкал 2′; 3′; 5′
67.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Профилографы- профилометры. Профилометры	от 0,02 до 250 µm	ЦД 0,01mm ± 5 %
68.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Рулетки измерительные металлические	от 0 до 200 m	Кл. 2 ± [0.30+0.15(L-1)] Кл. 3 ± [0.40+0.20(L-1)]
69.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Скобы с отсчетным устройством	от 0 до 1000 mm	ЦД 0,001 mm; ЦД 0,002 mm; ± от 0,7 до 20 µm
70.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Стойки и штативы для измерительных головок	от 0 до 630 mm	± от 0,6 до 4,0 µm
71.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Стенд колиматорный	от 0 до 360˚	± 0,2″ и более
72.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Сита	от 0,02 до 125 mm	± от 0,0023 до 3,66 mm
73.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Стенд для регулировки углов установки колес автомобилей (развал схождение)	± 25˚	± 0,090 ˚
74.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Тощиномеры и стенкомеры индикаторные	от 0 до 100 mm	ЦД 0,01 mm ± от 0,до 0,15 µm

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
75.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Теодолиты	от 0 до 360˚	± 30 ″
76.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Тахеометры электронные	от 0 до 360˚ от 1,7 до 5000 m	± 7 ″ ± 2 mm
77.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Толщиномеры покрытия (вихретоковые, магнитные, лакокрасочные)	от 0 до 3000 µm	± 5 %
78.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Угольники поверочные 90˚	от 60 до 1600 mm	кл 0 ± от 2,5 до 8 µm кл 1 ± от 5 до 20 µm кл 2 ± от 13 до 40 µm
79.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Угломеры с нониусом	от 0 до 360˚	ЦД 2′; 5′; 10′ ± 10′
80.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Угломеры опрические	от 0 до 360˚	ЦД лимба 1˚, ЦД шкалы 5 ', ±5 '
81.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Уровни электронные и лазерные	от 0 до 360˚	±5 ″
82.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Уровни рамные и брусковые и строительные	от 0 до 250 mm	ЦД от 0,01 до 0,15 mm/m ± от 0,005 до 0,040 mm/m
83.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Уровни с микрометрической подачей ампулы	от 0 до 250 mm	ЦД от 0,01 до 01 mm/m ± 0,10 mm/m
84.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Штангенциркули (штангенциркули путевые)	от 0 до 2000 mm	ЦД 0,05; 1,0 mm ± 0,1 mm
85.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Штангенглубиномеры	от 0 до 1000 mm	ЦД 0,05; 1,0 mm ± 0,1 mm

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
86.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Штангенрессмассы	от 0 до 1000 mm	ЦД 0,05; 1,0 mm ± 0,1 mm
87.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Штангензубомеры	шаг от 4 до 40 mm	ЦД 0,05 mm
88.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Шаблоны путевые контрольные	от 0 до 1550 mm	± 1 mm
89.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Шаблоны радиусные	от 1 до 25,0 mm	± 40 µm
90.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Шаблоны резьбовые	от 0,4 до 28,0 mm	± 40 µm
91.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Шаблоны для железной дороги	согласно чертежу шаблонов	± 1,0 mm
92.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Щупы	от 0,02 до 10 mm	кл. 1 ± от +3 до -10 µm кл. 2 ± от +5 до 16 µm
93.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Экзаменаторы	От 0 до 1200 °	ЦД 0,1; 0,5 ", Разряд 1 ± 0,4 "
94.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Измерительные, испытательные оборудования и стенды, определяющие параметры геометрических измерений	Согласно техническому описанию измерительного и измерительного оборудования	согласно методике поверки и методике аттестации
95.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Не стандартизованные, измерительные средства измерения, применяемые при контроле строительных материалов		согласно методике поверки и методике аттестации
96.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	3-х координатные измерительные машины КИМ	X =2500 mm Y=1200 mm Z=1600 mm	± (0,02+0,2L) µm

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
		Измерение силы и твердости		
97.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Граммометры	от 0,05 до 10 N	± 4 %
98.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Динамометры 3 разряда	от 0 до 50 kN	± 0,5 %
99.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Машины и установки силоизмерительные 2 разряда ДО-2-5	от 0 до 50 kN	± 0,2 %
100.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Динамометры пружинные общего назначения	от 0 до 50 kN	± 2 %
101.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Машины испытательные прессы и установки	от 0 до 2000 kN	от ±1 % до ± 2 %
102.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Копры маятниковые	от 0 до 2000 J	± 1%
103.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Динамометрические ключи	от 60 до 8000 Nm	± 3 %
104.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Прибор для поверки динамометрических ключей	от 0 до 10000 Nm	± 1 %
105.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Измеритель натяжения тросов	от 1 до 50 kN	± 0,5% / 3 %
106.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	от 98 до 980 N	± 5 %
107.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Измеритель прочности бетона	от 3 до 100 Mpa	± 8 %
108.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Машины испытательные разрывные	от 0 до 200 kN	±1 %

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
109.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пенетрометры нефтепродуктов	от 0 до 580 ед.	± 1 mm ± 0,05 g.
110.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Прибор для определения растяжение арматуры	от 0 до 1 kN	± 1 %
111.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микро твердомеры	от 20 до 100 HSD	ПГ 3,5 HSD
112.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Твердомеры Бринелля ТБ	от 8 до 450 HB	от 1 до 5 %
113.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Твердомеры Роквелла	от 70 до 93 HRA от 25 до 10 HRB от 20 до 67 HRC	от 1 до 2 HR
114.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Твердомеры переносные Шора Д	от 20 до 100 HSD	± 3,5 HSD
115.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Твердомеры Виккерса ТВ	от 8 до 2000 HV	от 3 до 5 %
116.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Твердомеры электронные малогабаритные переносной	от 20 до 70 HRC от 100 до 450 HB от 30 до 95 HSD	± 3%
117.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Твердомер жиров по методу Каминского (твердомер Каминского)	от 20 до 1000 g/cm.	± 15 %
118.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Стенды тормозные универсальные	от 0 до 9000 tf	± 1%
119.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Прибор на удар	Масса ударника 1000g Высота падения (500mm)	± 250 mg ±1 mm

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
120.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Не стандартизованные испытательные, измерительные оборудования и стенды, определяющие параметры силы и твердости	согласно в тех. описании оборудования	согласно методике поверки
121.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационные, видеозаписывающие	от 10 до 300 km/h	не более от -4 до 0 km/h ±3 km/h
122.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Балансировочный стенд	от 0 до 200 r/min	± 1%
123.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Круткомер	от 0 до 500 mm от 0 до 2000 r/min	± 1 mm ± 5% r/min
124.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мотовила	от 0 до 1000 mm	± 2 mm
125.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Прибор для определения деформации клейковины	от 0 до 120 g от 0 до 30 s	± (-5÷2) g ± 0,5 s
126.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Прибор для определения числа падения	числа падения от 60 до 900 Высота падения шток мешалок 68 mm	Дискретность 1s ± 1 mm
		Измерение времени, частоты и параметров движения		
127.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики наработки времени	Интервал времени от 0 до 10000 h	± 2 min
128.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики оборотов	от 0 до 10000 r/min	± 1 r/min
129.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики электронные для отсчета штучных изделий	от 0 до 10000 ед.	± 2 ед.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
130.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики трехшкалные	от 0 до 10000 r/min	± 1 r/min
131.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики моточасов	от 0 до 9999,9 h	до 2 h, ± 1 min св. 2 h ± 0,5 min
132.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Установка для поверки автомобильных спидометров все типы	от 20 до 200 km/h	± 0,5 %
133.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Спидометры автомобильные	от 20 до 220 km/h	до 60 km/h + 4 80+n20 km/h +(5+n) km/h
134.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Стробоскопические тахометры	от 10 до 6·104 r/min	от 0,1 до 4,0 %
135.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Скоростомеры локомотивные	от 5 до 220 km/h	± 1,5 %
136.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Тахометры механические	от 10 до 6·104 r/min	от 0,1 до 4,0 %
137.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Тахометры электрические, часовые и стендовые	от 0 до 1·105 r/min	от 0,1 до 4,0 %
138.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Таксометры	от 0,1 до 999,9 km точность хода на 1h	± 0,1 km ±60s
139.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Тахограф	от 20 до 125 km/h	24 h ± 2 min δ ± 1 %
140.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Секундомеры механические	от 0 до 60 min	2 класс от 0,6 до 1,8 s
141.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Секундомеры механические	от 0 до 30 min	3 класс от 0,3 до 1,6 s
142.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Секундомеры электрические	от 0,1 s до 20 min	от 0,03 до 0,1 s

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
143.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Песочные часы	от 1 до 20 min	от ± 4 до ± 25 s
144.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Круговой тарировочный бассейн	от 0,2 до 3 m/s	±1,5 %
145.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Трубы аэродинамические 1-разряда	от 10 до 100 m/s	СКО (0,003+0,015 V) m/s
146.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Не стандартизованные испытательные, измерительные оборудования и стенды, определяющие параметры скорости движения и времени	согласно тех. Описанию оборудования	согласно методике поверки
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
147.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 1 до 5 mm	ПГ 0,15 %
148.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 6 до 10 mm	ПГ 0,15 %
149.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 15 до 50 mm	ПГ 0,15 %
150.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 40 до 150 mm	ПГ 0,15 %
151.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 1 до 5 mm	ПГ 0,25 %
152.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 6 до 10 mm	ПГ 0,25 %
153.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 15 до 50 mm	ПГ 0,25 %

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
154.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 40 до 150 mm	ПГ 0,25 %
155.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 1 до 5 mm	ПГ 0,5 %
156.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 6 до 10 mm	ПГ 0,5 %
157.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 15 до 50 mm	ПГ 0,5 %
158.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Счетчики, расходомеры, преобразователи расхода жидкого топлива	Ду от 40 до 150 mm	ПГ 0,5 %
159.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колонки топливораздаточные	от 1,98 до 252 l/min (от 33×10-6 до 42×10-4 m3/s)	ПГ от 0,25 до 1,0 %
160.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колонки маслораздаточные	от 3,96 до 246 l/min (от 66×10-6 до 41×10-5 m3/s)	ПГ от 0,25 до 1,0 %
161.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колонки раздаточные сжиженного газа	от 5 до 50 l/min	ПГ от 0,5 до 1,5 %
162.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Бюретки, пипетки 1 разряда	от 0,5 до 100 ml	ПГ от 0,002 до 0,1 ml
163.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Бюретки 2 разряда	от 10 до 100 ml	ПГ 0,05..0,2 ml
164.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Бюретки 2 разряда	от 100 до 200 ml	ПГ 0,2..2 ml
165.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Бюретки, пипетки	от 0,5 до 100 ml	КТ 1
166.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Бюретки, пипетки	от 0,5 до 100 ml	КТ 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
167.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микробюретки, микропипетки	от 10-3 до 10 ml	ПГ 8..1 %
168.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Микропипетки 1 разряда	от 0,02 до 0,2 ml	ПГ 0,00015..0,001 ml
169.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пипетки 1 разряда	от 100 до 200 ml	ПГ 0,04..0,4 ml
170.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пипетки	от 100 до 200 ml	КТ 1
171.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пипетки	от 100 до 200 ml	КТ 2
172.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колбы мерные 1 разряда	от 50 до 100 ml	ПГ 0,05..0,1 ml
173.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колбы мерные 1 разряда	от 100 до 2000 ml	ПГ 0,1..0,5 ml
174.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колбы мерные 2 разряда	от 50 до 100 ml	ПГ 0,2..0,4 ml
175.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колбы мерные 2 разряда	от 100 до 2000 ml	ПГ 0,4..2 ml
176.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колбы, цилиндры мерные	от 50 до 100 ml	КТ 1
177.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колбы, цилиндры мерные	от 100 до 2000 ml	КТ 1
178.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колбы, цилиндры мерные	от 50 до 100 ml	КТ 2
179.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Колбы, цилиндры мерные	от 100 до 2000 ml	КТ 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
180.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Дозаторы для розлива жидкости	от 10 до 100 ml	ПГ 2,5..1 %
181.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Дозаторы для розлива жидкости	от 100 до 2000 ml	ПГ от 1 до 4%
182.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пробирки, отстойники	от 5 до 100 ml	ПГ 0,2..2,5 ml
183.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мензурки, отстойники	от 50 до 2000 ml	ПГ 0,03..25 ml
184.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Бутирометры, жиромеры	от 0 до 40 %	ПГ 0,02..0,25 %
185.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Дозаторы для ввода жидкости – микрошприцы	0,1..50 µl	ПГ 2,5..6 %
186.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пикнометры	0,05..2300 kg/m3	ПГ 10-3 ….5×10-1 kg/m3
187.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники газовые 2 разряда	2..50 l	ПГ 0,1 %
188.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники технические 2 класса	50..500 ml	ПГ от 0,15 до 0,5 %
189.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники 1 разряда	2; 5; 10 l	ПГ 0,025 %
190.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники 2 разряда	2..10 l	ПГ 0,1 %
191.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники технические 1 класса	2..10 l	ПГ 0,2 %
192.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники технические 2 класса	2..10 l	ПГ 0,5 %

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
193.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерные цилиндрические сосуды для сыпучих материалов	от 1 до 10 l	ПГ 1,0 %
194.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники 1 разряда	20; 50; 100 l	ПГ 0,025 %
195.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники 1 разряда	200; 500; 1000 l	ПГ 0,025 %
196.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники 2 разряда	20; 50; 100 l	ПГ 0,1 %
197.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники 2 разряда	200; 500; 1000 l	ПГ 0,1 %
198.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники технические 1 класса	20; 50; 100 l	ПГ 0,2 %
199.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники технические 1 класса	200; 500; 1000 l	ПГ 0,2 %
200.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники технические 1 класса	Свыше 1000 l	ПГ 0,2 %
201.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники технические 2 класса	20; 50; 100 l	ПГ 0,5 %
202.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники технические 2 класса	200; 500; 1000 l	ПГ 0,5 %
203.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Мерники технические 2 класса	Свыше 1000 l	ПГ 0,5 %
204.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод измерения)	10000÷25000 l	ПГ 0,2 %
205.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод измерения)	25000÷50000 l	ПГ 0,2 %

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
206.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод измерения)	50000÷750000 l	ПГ 0,2 %
207.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод измерения)	Свыше 75000 l	ПГ 0,2 %
208.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод измерения)	до 5000 l	ПГ 0,2 %
209.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод измерения)	5000 - 10000 l	ПГ 0,2 %
210.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод измерения)	10000÷25000 l	ПГ 0,2 %
211.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод измерения)	25000÷50000 l	ПГ 0,2 %
212.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Установка для поверки (калибровки) автоцистерн	0,2..4 m3	ПГ 0,1 %
213.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Цистерны автомобильные	до 3 m3	ПГ 0,4 %
214.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Цистерны автомобильные	3..5 m3	ПГ 0,4 %
215.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Цистерны автомобильные	5..10 m3	ПГ 0,4 %
216.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Цистерны автомобильные	10..50 m3	ПГ 0,4 %
217.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Установки расходомерные самоповеряемые, (Передвижная лаборатория для поверки резервуаров ПИГЛ)	устройства поверки входят в комплект поставки (P = (50÷250) dm3/min 2000 dm3)	Δ ± 0,15 %

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0020

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
218.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Системы учета нефти и нефтепродуктов с емкостными уровнемерами, радарными уровнемерами	от 0 до 5 m	± 10 mm
219.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Уровнемеры жидкости	от 0 до 5 m	± 6 mm
		Анализаторы		
220.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы октанового числа, октанометры, УИТ	от 60 до 110 ОЧ	Сходимость 0,5 О.Ч., воспроизводим 1,0 О.Ч.
221.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Анализаторы цетанового числа, УИТ	от 30 до 70 ЦЧ	Сходимость 1,5 Ц.Ч., воспроизводим 2,0 Ц.Ч.