ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt 3444:2020
O'ZAK.QL.0018

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0018
Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ МАССЫ

Юридический адрес: 100174, г. Ташкент, Алмазарский р-н., ул. Фаробий, 333 «А», 333 «Б».
Местонахождение, индекс объекта аккредитации: 100174, г. Ташкент, Алмазарский р-н., ул. Фаробий, 333 «А», 333 «Б».

Телефон: +99871-202-00-11(1222), +99878-150-26-03
Факс: +99878-150-26-15
Эл. почта: info@nim.uz. uznim@exat.uz
Веб-сайт: www.nim.uz

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
1	2	3	4	5
1.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы образцовые лабораторные	до 20 kg	1 разряд, 2 разряд Δдоп : ± (0,5÷3)e
2.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы образцовые лабораторные	до 20 kg	3 разряд, 4 разряд Δдоп : ± (0,5e ÷ 3e)
3.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы лабораторные	до 1 kg	КТ: 1 Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
4.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы лабораторные	до 50 kg	КТ: 2,3,4 Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
5.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы лабораторные	до 50 kg	КТ: высокий (II) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
6.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы лабораторные	до 200 kg	КТ: специальный (I) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
7.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы	до 20 t	КТ: средний (III) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
8.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Масс-компаратор	до 2100 kg	--
9.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы-компаратор	до 20 kg	1 разряд, ± (0,02 ÷ 60) mg
10.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Тензометрический датчик	от 1 до 50 t	C2, C3, C4 Δдоп : ± (0,015÷0,03) %

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0018

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ МАССЫ

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
11.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы автомобильные для статического взвешивания	от 0,2 до 200 t	КТ: средний (III) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
12.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы автомобильные для взвешивания в движении	от 0,2 до 200 t	КТ: 0,5 - 2 Δдоп : ± (0,1 ÷ 2) %
13.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы автомобильные осевого взвешивания	от 0,2 до 200 t	КТ: 0,2 - 5 Δдоп : ± (0,1 ÷ 2,5) %
14.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы вагонные для статического взвешивания	от 60 до 200 t	КТ: средний (III) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
15.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы вагонные для взвешивания в движении	от 60 до 200 t	КТ: 0,5 - 2 Δдоп : ± (0,1 ÷ 2) %
16.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Дозаторы весовые дискретного действия	до 3 t	КТ: 0,1 - 2,5 Δдоп : ± (0,1 ÷ 11,25) %
17.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Дозаторы непрерывного действия	до 2000 t/h	КТ: 0,25 - 2,5 Δдоп : ± (0,25 ÷ 2,0) %
18.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы непрерывного действия (конвейерные)	от 450 до 4500 t/h	КТ: 0,5 - 2 Δдоп : ± (0,25 ÷ 2,0) %
19.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы торсионные	до 4 g	Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
20.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весовой квадрант	до 10 kg	Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
21.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Специальные грузи	до 2100 kg	-
22.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Пурка литровая, образцовые и рабочие	1 *l*	1,2 разряд, КТ 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0018

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ МАССЫ

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
23.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весоизмерительная часть анализатора влажности	до 1000 g	КТ: специальный (I), высокий (II), средний (III) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3 e)
24.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Влагомеры твердых и сыпучих материалов	от 1 до 100 %	Δдоп : ± (0,2 ÷ 4) %
25.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные и общего назначения	до 20 kg	КТ: F1, Δдоп : ± (0,02 ÷ 0,3) mg
26.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные и общего назначения	до 20 kg	КТ: F2 Δдоп : ± (0,06 ÷ 1,0) mg
27.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные и общего назначения	до 20 kg	КТ: M1 Δдоп : ± (0,2 ÷ 10,0) mg
28.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные	от 1 mg до 20 kg	КТ: E2 Δдоп : ± (0,006 ÷ 30) mg
29.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири общего назначения	до 20 kg	КТ: M2 Δдоп : ± (1,6 ÷ 30) mg
30.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири общего назначения	до 20 kg	КТ: M3 Δдоп : ± (10 ÷ 100) mg
31.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные и общего назначения	от 100 g до 1 kg	КТ: F1 Δдоп : ± (0,5 ÷ 5,0) mg
32.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные и общего назначения	от 100 g до 1 kg	КТ: F2 Δдоп : ± (1,6 ÷ 16) mg
33.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные и общего назначения	от 500 g до 10 kg	КТ: M1 Δдоп : ± (25 ÷ 500) mg
34.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири общего назначения	от 500 g до 20 kg	КТ: M2 Δдоп : ± (80 ÷ 3000) mg

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ГП «УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.QL.0018

Редакция области аккредитации № 01 от 27 марта 2020 г.

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ МАССЫ

№ п/п	Вид работ (первичная или периодическая поверка, метрологическая аттестация)	Наименование групп (типов) средств измерений	Метрологические характеристики	
			диапазон измерений	характеристика точности
35.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири общего назначения	от 500 g до 20 kg	КТ: М3 Δдоп : ± (250 ÷ 10000) mg
36.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные и общего назначения	от 2 до 20 kg	КТ: F1 Δдоп : ± (10 ÷ 100) mg
37.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные и общего назначения	от 2 до 20 kg	КТ F2 Δдоп : ± (30 ÷ 300) mg
38.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Гири эталонные и общего назначения	от 20 до 2000 kg	КТ М1 Δдоп : ± (1000 ÷100000) mg
39.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы автоматические и полуавтоматические дискретного действия	до 10000 kg	средний (III) Δдоп : ± (0,5 ÷ 5) %
40.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Малый объём	до 20 ml	-
41.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы элеваторные	от 100 до 30000 kg	средний (III) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 2,5 e)
42.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы бункерные	от 100 до 30000 kg	средний (III) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 2,5 e)
43.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы настольные циферблатные и гирные	до 20 kg	средний (III) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 2,5 e)
44.	Первичная, периодическая поверка/метрологическая аттестация	Весы крановые	от 40 до 15000 kg	средний (III) Δдоп : ± (0,5 e ÷ 3,0 e)